

EXA PLUSシリーズ

Product Catalog

製品カタログ



インプラント体・アバットメント

◆インプラント体

ボーンレベル(カバースクリュー付)	2
ティッシュレベル	2

◆粘膜治療用アバットメント

ヒーリングアバットメント	3
ヒーリングキャップ	3

◆セメント固定式アバットメント

ダイレクトアバットメント(アバットメントスクリュー付) . .	4
ダイレクトヘッド(アバットメントスクリュー付)	4
アングルアバットメント(アバットメントスクリュー付) . .	4
アングルヘッド(アバットメントスクリュー付)	5
カスタムアバットメント(アバットメントスクリュー付) . .	5

◆スクリュー固定式アバットメント

スクリューリテンドアバットメント(アバットメントスクリュー付) . .	6
スクリューリテンドヘッド(アバットメントスクリュー付) . .	6
スクリューリテンドキャップ	6

◆CAD/CAM用アバットメント

チタンベースアバットメント(アバットメントスクリュー付) . .	7
----------------------------------	---

◆交換パーツ

カバースクリュー	7
アバットメントスクリュー	7

補綴物製作パーツ

◆印象用パーツ

インプラントインプレッション	8
ダイレクトインプレッション	8
スクリューリテンドインプレッション	8
スキャンボディ(スクリュー付)	8

◆アナログ

インプラントアナログ	9
ダイレクトアナログ	9
スクリューリテンドアナログ	9

◆技工用パーツ

ゴールドシリンダー	10
キャストブルシリンダー	10
ダイレクトコーピング	10
ワックスアップスリーブ(スクリュー付)	10
セットスクリュー	10

インスツルメント

◆骨切削ドリル類

ラウンドバー	12
ツイストドリル	12
ガイドドリル	13
マーキングドリル	13
ドリルエクステンション	13
ボーンタップ	13


◆補助術具

ガイドピン	14
デプスゲージ	14
インプラントドライバー	14
ハンドグリップ	14
トルクレンチ	15
ハンドドライバー	15
サージカルトレー	15

■インプラント体

販売名：アイ・エイ・ティー フィットⅡ
 一般的名称：歯科用インプラントシステム
 分類：高度管理医療機器
 承認番号：20700BZZ00172000


ボーンレベル(カバースクリュー付)



- $\phi 3.3\text{mm}$ のネック部直径は 3.6mm となります。

製品番号	規格
FTS2412	$\phi 3.3\text{—H10}$
FTS2612	$\phi 3.3\text{—H12}$
FTS2812	$\phi 3.3\text{—H14}$
FTS4232	$\phi 4.0\text{—H8}$
FTS4432	$\phi 4.0\text{—H10}$
FTS4632	$\phi 4.0\text{—H12}$
FTS4832	$\phi 4.0\text{—H14}$
FTS6252	$\phi 5.0\text{—H8}$
FTS6452	$\phi 5.0\text{—H10}$
FTS6652	$\phi 5.0\text{—H12}$
FTS6852	$\phi 5.0\text{—H14}$

ティッシュレベル



- マージン部直径 R(レギュラー): 4.5mm W(ワイド): 5.5mm
- 粘膜貫通部高さ L(ロー): 1.5mm H(ハイ): 3mm

製品番号	規格
FOS2452	$\phi 3.3\text{—H10/RL}$
FOS2652	$\phi 3.3\text{—H12/RL}$
FOS2852	$\phi 3.3\text{—H14/RL}$
FOS2462	$\phi 3.3\text{—H10/RH}$
FOS2662	$\phi 3.3\text{—H12/RH}$
FOS2862	$\phi 3.3\text{—H14/RH}$
FOS4252	$\phi 4.0\text{—H8/RL}$
FOS4452	$\phi 4.0\text{—H10/RL}$
FOS4652	$\phi 4.0\text{—H12/RL}$
FOS4852	$\phi 4.0\text{—H14/RL}$
FOS4262	$\phi 4.0\text{—H8/RH}$
FOS4462	$\phi 4.0\text{—H10/RH}$
FOS4662	$\phi 4.0\text{—H12/RH}$
FOS4862	$\phi 4.0\text{—H14/RH}$
FOS6292	$\phi 5.0\text{—H8/WL}$
FOS6492	$\phi 5.0\text{—H10/WL}$
FOS6692	$\phi 5.0\text{—H12/WL}$
FOS6892	$\phi 5.0\text{—H14/WL}$
FOS6202	$\phi 5.0\text{—H8/WH}$
FOS6402	$\phi 5.0\text{—H10/WH}$
FOS6602	$\phi 5.0\text{—H12/WH}$
FOS6802	$\phi 5.0\text{—H14/WH}$

インプラント体・アバットメント


補綴物製作パーツ

インスツルメント

■ 粘膜治療用アバットメント

販売名：アイ・エイ・ティー フィットII
 一般的名称：歯科用インプラントシステム
 分類：高度管理医療機器
 承認番号：20700BZZ00172000


ヒーリングアバットメント



- ボーンレベル用
- マージン部直径 N(ナロー): 3.5mm R(レギュラー): 4.5mm W(ワイド): 5.5mm

製品番号	規格
FT11312	N—H3
FT11512	N—H5
FT11712	N—H7
FT13312	R—H3
FT13512	R—H5
FT13712	R—H7
FT15312	W—H3
FT15512	W—H5
FT15712	W—H7

ヒーリングキャップ



- ティッシュレベル用
- マージン部直径 R(レギュラー): 4.5mm W(ワイド): 5.5mm

製品番号	規格
F013012	R—H1
F013212	R—H2
F013412	R—H4
F015012	W—H1
F015212	W—H2
F015412	W—H4

■ セメント固定式アバットメント

販売名: アイ・エイ・ティー フィットII
 一般名称: 歯科用インプラントシステム
 分類: 高度管理医療機器
 承認番号: 20700BZZ00172000

ダイレクトアバットメント (アバットメントスクリュー付)



- ボーンレベル用
- マージン部直径 R(レギュラー): 4.5mm W(ワイド): 5.5mm
- 粘膜貫通部高さ L(ロー): 1.5mm H(ハイ): 3mm

製品番号	規格
FT43511	RL—H5
FT43711	RL—H7
FT43531	RH—H5
FT43731	RH—H7
FT45511	WL—H5
FT45711	WL—H7
FT45531	WH—H5
FT45731	WH—H7


ダイレクトヘッド (アバットメントスクリュー付)



- ティッシュレベル用
- R(レギュラー): 4.5mm W(ワイド): 5.5mm

製品番号	規格
F043501	R—H5
F043701	R—H7
F045501	W—H5
F045701	W—H7

アングルアバットメント (アバットメントスクリュー付)



- ボーンレベル用
- マージン部直径 R(レギュラー): 4.5mm W(ワイド): 5.5mm
- 粘膜貫通部高さ 1.5 mm

製品番号	規格
FT83921	R—15°
FT83931	R—25°
FT85921	W—15°
FT85931	W—25°

■ セメント固定式アバットメント

アングルヘッド (アバットメントスクリュー付)



製品番号	規格
F083911	15°
F083951	25°

- ティッシュレベル用
- マージン部直径 R(レギュラー) : 4.5mm・W(ワイド) : 5.5mm と共用

カスタムアバットメント (アバットメントスクリュー付)



製品番号	規格
FT61911	N
FT63911	R
FT65911	XW

- ボーンレベル用
- マージン部直径 N(ナロー) : 3.5mm R(レギュラー) : 4.5mm XW(エクストラワイド) : 6.5mm
- 高さ 9mm

■ スクリュー固定式アバットメント

販売名：アイ・エイ・ティー フィットⅡ
 一般名称：歯科用インプラントシステム
 分類：高度管理医療機器
 承認番号：20700BZZ00172000

スクリューリテンドアバットメント（アバットメントスクリュー付）



- ボーンレベル用
- マージン部直径 R(レギュラー): 4.5mm W(ワイド): 5.5mm
- 粘膜貫通部高さ L(ロー): 1.5mm H(ハイ): 3mm

製品番号	規格
FT23241	RL
FT23271	RH
FT25241	WL
FT25271	WH

インプラント体・アバットメント

補綴物製作パーツ

インスツルメント

スクリューリテンドヘッド（アバットメントスクリュー付）



- ティッシュレベル用
- R(レギュラー): 4.5mm ・ W(ワイド): 5.5mmと共用

製品番号
F020211

スクリューリテンドキャップ



- RIはレギュラー用 Wはワイド用

製品番号	規格
FT73501	ボーンレベル/R
FT75501	ボーンレベル/W
F073501	ティッシュレベル/R
F075501	ティッシュレベル/W

CAD/CAM用アバットメント

販売名：アイ・エイ・ティー フィットⅡ
 一般的名称：歯科用インプラントシステム
 分類：高度管理医療機器
 承認番号：20700BZZ00172000

チタンベースアバットメント（アバットメントスクリュー付）



製品番号

FT63521

- CAD/CAMシステムにてフリーデザインのインプラント上部構造を作製するための接着専用アバットメント
- マージン部直径 R(レギュラー):4.5mm
- 粘膜貫通部 1mm
- 高さ 5mm

交換パーツ

販売名：アイ・エイ・ティー フィットⅡ
 一般的名称：歯科用インプラントシステム
 分類：高度管理医療機器
 承認番号：20700BZZ00172000

カバースクリュー



製品番号

FC50011

- ボーンレベル・ティッシュレベル共用

アバットメントスクリュー



製品番号

規格


FC31011	AB
FC33271	SH
FC33251	SL
FC32231	SHD

- 規格 AB：セメント固定式アバットメント・ヘッド用
 SH：スクリューリテンドアバットメントH用
 SL：スクリューリテンドアバットメントL用
 SHD：スクリューリテンドヘッド用

印象用パーツ

販売名：印象採得用器具
 一般的名称：歯科印象採得用器材
 分類：一般医療機器
 届出番号：09B1X10003000004

インプラントインプレッション



- ボーンレベル・ティッシュレベル共用
- マージン部直径 R(レギュラー)：4.5mm・W(ワイド)：5.5mmと共用
- 印象方式 クローズ：トランスファー方式
オープン：ピックアップ方式
- 規格 L：高さ13mm H：高さ17mm

製品番号	規格
ST24511	クローズL
ST24531	クローズH
ST34511	オープンL
ST34531	オープンH

スクリューリテンドインプレッション



- 印象方式 B：トランスファー方式(ブリッジ用)
C：ピックアップ方式(クラウン用)
- マージン部直径 R(レギュラー)：4.5mm W(ワイド)：5.5mm
- 規格 L：高さ11mm H：高さ13mm

製品番号	規格
ST64531	ボーンレベル/BR
ST65531	ボーンレベル/BW
ST64581	ボーンレベル/CRL
ST64501	ボーンレベル/CRH
ST65581	ボーンレベル/CWL
ST65501	ボーンレベル/CWH
ST74531	ティッシュレベル/BR
ST75531	ティッシュレベル/BW
ST74581	ティッシュレベル/CRL
ST74501	ティッシュレベル/CRH
ST75581	ティッシュレベル/CWL
ST75501	ティッシュレベル/CWH

ダイレクトインプレッション



- ダイレクトアバットメント・ダイレクトヘッド共用
- マージン部直径 R(レギュラー)：4.5mm・W(ワイド)：5.5mm

製品番号	規格
ST94511	R
ST95511	W

スキャンボディ (スクリュー付)



- CAD/CAMによるスキャン工程において、インプラントやアナログの位置および方向を確定するパーツ

製品番号
ST03810

■ アナログ

販売名：歯科インプラント用技工部品
 一般名称：歯科インプラント技工用器材
 分類：一般医療機器
 届出番号：09B1X10003000006

インプラントアナログ



ボーンレベル




ティッシュレベル

製品番号	規格
TA24012	ボーンレベル
TA14522	ティッシュレベル/R
TA15522	ティッシュレベル/W

- マージン部直径 R(レギュラー)：4.5mm W(ワイド)：5.5mm

ダイレクトアナログ



製品番号	規格
TA63531	R-H5
TA63731	R-H7
TA65531	W-H5
TA65731	W-H7

- ボーンレベル・ティッシュレベル共用
- マージン部直径 R(レギュラー)：4.5mm W(ワイド)：5.5mm

スクリーリテンドアナログ



ボーンレベル



ティッシュレベル

製品番号	規格
TA54531	ボーンレベル/R
TA55531	ボーンレベル/W
TA44531	ティッシュレベル/R
TA45531	ティッシュレベル/W

- マージン部直径 R(レギュラー)：4.5mm W(ワイド)：5.5mm

■ 技工用パーツ

販売名：歯科インプラント用技工部品
 一般的名称：歯科インプラント技工用器材
 分類：一般医療機器
 届出番号：09B1X10003000006

ゴールドシリンダー



マージン部直径

- 用途 B：ブリッジ用 C：クラウン用
- マージン部直径 R(レギュラー)：4.5mm W(ワイド)：5.5mm

製品番号	規格
FM23211	ボーンレベル/BR
FM25211	ボーンレベル/BW
FM13211	ボーンレベル/CR
FM15211	ボーンレベル/CW
FM23111	ティッシュレベル/BR
FM25111	ティッシュレベル/BW
FM13111	ティッシュレベル/CR
FM15111	ティッシュレベル/CW

販売名：ゴールドシリンダー
 一般的名称：歯科インプラント用上部構造材
 分類：管理医療機器
 承認番号：20900BZZ00940000

キャストブルシリンダー



マージン部直径

- 3個入り
- 用途 B：ブリッジ用
- マージン部直径 R(レギュラー)：4.5mm W(ワイド)：5.5mm

製品番号	規格
TC24511	ボーンレベル/BR
TC25511	ボーンレベル/BW
TC44511	ティッシュレベル/BR
TC45511	ティッシュレベル/BW

ダイレクトコーピング



マージン部直径

- 3個入り
- 用途 B：ブリッジ用 C：クラウン用
- マージン部直径 R(レギュラー)：4.5mm W(ワイド)：5.5mm

製品番号	規格
TC14511	BR
TC15511	BW
TC64511	CR
TC65511	CW

ワックスアップスリーブ(スクリュー付)



- CAD/CAMによるフリーデザインインバットメントを製作する際に使用するワックスアップ用スリーブ

製品番号	規格
TA64593	ヘクスチタン

セットスクリュー



販売名：アイ・エイ・ティー フィットII
 一般的名称：歯科用インプラントシステム
 分類：高度管理医療機器
 承認番号：20700BZZ00172000


製品番号
FC40011

インプラント体・アバットメント

補綴物製作パーツ

インスツルメント

■ 直径別の埋入術式



骨切削ドリル類

販売名：歯科インプラント手術用ドリルセット
 一般的名称：手術用ドリルビット
 分類：一般医療機器
 届出番号：09B1X10003000001

ラウンドバー



製品番号	規格
SD12011	φ2.0

- ツイストドリルの起始点を付与するバー
マーキングドリルでの代用可

ツイストドリル



製品番号	規格
SD42021	φ2.0S
SD42721	φ2.7S
SD43021	φ3.0S
SD43521	φ3.5S
SD44021	φ4.0S
SD44521	φ4.5S
SD42041	φ2.0L
SD42741	φ2.7L
SD43041	φ3.0L
SD43541	φ3.5L
SD44041	φ4.0L
SD44541	φ4.5L

- インプラント埋入窩の形成に使用
- ドリル長さ S(ショート):全長30mm
L(ロング):全長37mm

■ 骨切削ドリル類

マーキングドリル



製品番号

SD22012

- サージカルガイド利用時の起始点を付与するドリル
- ガイド装着時に骨頂から2mmの深さまで形成、全てのインプラント長に対応しています。

ガイドドリル



製品番号

規格

SD42008

L8

SD42010

L10

SD42012

L12

SD42014

L14

- サージカルガイド利用時の各インプラント長に合わせた4種類のストッパー付ドリル
- 直径 2.0mm

ドリルエクステンション



製品番号

SD04572

販 売 名：ドリルエクステンション
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント
分 類：一般医療機器
届 出 番 号：09B1X10003000003

- ドリル類との組合せで16mm延長

ボーンタップ



製品番号

規格

SD83351

φ3.3

SD84051

φ4.0

SD85051

φ5.0

販 売 名：歯科インプラント手術用器具セット
一般的名称：歯科用インプラント手術器具
分 類：一般医療機器
届 出 番 号：09B1X10003000002

- 硬い骨質の際に使用

■ 補助術具

販売名：歯科インプラント手術用器具セット
 一般的名称：歯科用インプラント手術器具
 分類：一般医療機器
 届出番号：09B1X10003000002

ガイドピン



- ツイストドリル(φ2.0、φ2.7)形成孔の方向確認に使用

製品番号

SB12001

規格

ストレート

デプスゲージ




- インプラント埋入窩の深度確認に使用

製品番号

SB32511

インプラントドライバー



- ハンドピースタイプ エンジン埋入用
トルクレンチタイプ ハンド埋入用
- 突き出し長さ S(ショート):13mm L(ロング):20mm

製品番号

SB51111 ハンドピースタイプS

SB51131 ハンドピースタイプL

SB51311 トルクレンチタイプS

SB51331 トルクレンチタイプL

ハンドグリップ



- インプラント体埋入時、ハンドドライバーでの締め付け時に使用

製品番号

SF39512

■ 補助術具

トルクレンチ



製品番号

SB44011

- インプラント体埋入、スクリューの締め付け時に使用

ハンドドライバー



製品番号

規格

SF11312

L5

SF11322

L10

SF11332

L15

サージカルトレー



製品番号

規格

SA10921

スクリュータイプ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

◆ご案内とお願い◆

ご注文方法について

ご注文は原則としてFAXでお願い致します。

●注文書での注文

IATインプラントシステム専用の『注文書』をご利用の上、FAXにてご注文ください。

FAX 0280-33-3676 (24時間受付)

●注文・お問い合わせ

☎ 0120-677-344 (9:00~17:15)

※15:00までのご注文につきましては、当日発送となります。15:00以降のご注文につきましては翌日の発送となります。

配送料について

配送料は弊社が負担させていただいております。

ただし、1回のご注文金額の合計が¥10,000(税別)未満の場合は、一律¥500(税別)の配送料を頂きます。

また、タイムサービスをご希望の場合は、別途一律¥300の配送料を頂きます。

配送に関する各種サービスのご案内

【時間帯指定】(無料)

下記よりご都合に合った配送時間帯をお選びいただけます。

- ① 午前便 9:00~12:00
- ② 午後便 14:00~16:00
- ③ 夕方便 16:00~18:00
- ④ 夜間便 18:00~20:00

※無料サービスのため、時間内での配達を確約するものではありません。

※時間指定の場合、北海道、九州、沖縄及び一部地域・離島は翌々日以降の配達となります。

※交通事情・天候状況など、配達状況の都合により、指定時間外の配達となる場合がございます。

【タイムサービス】(有料)

一律¥300で翌朝10時までに配達するサービスです。夕方5時までに配達という指示もございます。

※指定の時間までに配達されない場合は追加料金¥300をヤマト運輸よりご返却致します。

※一部地域・離島は翌々日以降の配達となります。

※交通事情・天候状況など、配達状況の都合により、指定時間外の配達となる場合がございます。

お支払について

●お支払は銀行振込またはカード払い(アメリカン・エクスプレス)にてお願い申し上げます。

●カード払いをご希望の場合はインプラントグループまでお問い合わせください。

●振込手数料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

【振込銀行】

八十二銀行 大宮支店 当座預金 No.2002444 日本ピストンリング株式会社

返品について

1. お客様のご都合による製品等の返品の場合は製品等到着後15日以内に限りお受け致します。その場合、返送料金はお客様負担にてお願い致します。ただし、次の場合、返品・交換はお受けできません。

- ① 一度で使用になられた製品
- ② 開封後の製品
- ③ お客様のもとでパッケージにキズや汚れが生じた製品
- ④ 商品到着後16日以上経過した製品

2. 万一、不良品の場合には、事前に弊社へご連絡ください。内容確認後、弊社規定により原則として返品をお受け致します。返送料金は弊社にて負担致します。(着払いにてご返送ください。)

3. 返品の方法、注意点等の詳細につきましては、インプラントグループまでご相談ください。

〈製造販売元〉

日本ピストンリング株式会社

〈新製品事業開発部 インプラントグループ〉 〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木1111

 **0280-23-1067**  **0280-33-3676**

 **0120-677-344**  **<https://www.iatimp.com/>**